GlutenDetect for home use

BIOMEDAL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gyors teszt a glutén kimutatására a vizeletben

Q-002
Ed. 5 - 2020 Szeptember 04
KT- 6414 (1 teszt)
KT- 6414P5 (5 x 1 teszt)
KT- 6416 (12 teszt)



Laterális testcsík (LFD)

Vizeletfogó

Használati útmutató

Kék kupakos cső kondícionáló oldattal

Eldobható műanyag fecskendő

A teszt elvégzése – https://youtu.be/hkmciT3oZ_w

1

Használja a vizeletfogót vagy egy tiszta tartályt a (nincs mellékelve) a vizelet összegyűjtésére, 5 ml vizelet elegendő a vizsgálat elvégzéséhez. Az első, reggeli vizelettel ajánlott a teszt elvégzése.

2



Használjon eldobható fecskendőt (a készletben), és szívjon fel 2 ml vizeletet a fecskendőbe.

3



Nyissa ki a kék kupakos csövet amiben a kondicionáló oldat van és tegyen 2 ml vizeletet a csőbe.

A használt fecskendőt dobja el (ne használja újra).

4



Szorosan zárja le a kék cső tetejét és óvatosan rázza 10 másodpercig, hogy a vizelet összekeveredjen a kondicionáló oldattal.

5



Nyissa ki az aluminium tasakot és vegye ki a laterális tesztcsíkot (LFD).

Helyezze vízszintesen egy tiszta felületre.

6



Csavarja le a kék kupak végét amiben vizelet és kondicionáló oldat keveréke van.

7



Helyezze az laterális tesztcsíkot egy vízszintes felületre. Óvatosan fordítsa meg a csövet, és adjon 4 csepp keveréket az eszköz S zónájához.

8

15 perc

Várjon 15 percet, mielőtt elolvassa a teszt eredményét. Ne rázza vagy mozgassa a tesztet várakozás közben.

Az eredmények értelmezése

- (-) NEGATÍV



Egy ZÖLD vonal jelenik meg a kontroll mezőben(C).Nem volt kimutatható gluténbevitel.

- (+) POSITIVO

Két vonal jelenik meg: egy ZÖLD vonal jelenik meg a kontroll mezőben(C) és egy PIROS vonal jelenik meg a teszt mezőben (T). **Glutén fogyasztás történt az elmúlt 2 - 24 órában.**

- INVÁLIDO



Ha a ZÖLD vonal nem jelenik meg, olvassa el az utasításokat, és ismételje meg a tesztet egy új teszttel, óvatosan, a megadott eljárás szerint.